GROUPE EnvironeX
Emblème de qualité de vie
4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 418 977.1220
2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8 514 332.6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 819 481.1469
Sans frais : 1 877 977 1220 labEnvironeX.com

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **1860347**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2017-11-10
Projet client : Eau potable
Bon de commande : 058-BOI
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 1-877-977-1220
Adresse courriel : ChantalLetourneau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3313818
Identification client : NA
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : Abderrahin Hami
Date de prélèvement: 2017-11-06
Date de réception: 2017-11-07
Lieu du prélèvement : Centre d'interprétation
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Boisbriand municipalité
Réseau MENV / TRE : X0008483
Région Adm. : 15
Code lieu prél. : 1

Chlore résiduel libre : 0.62
Chlore résiduel total : 0.80
Chloramine : NA
Résultat pH : NA

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
RQEP- Contrôle bactériologique- extrémité								
Dénombrement des BHAA	Oui	MBIO05/ILME09			2017-11-07			LG
BHAA			**0**	UFC/mL				
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2017-11-07			LG
Bactéries atypiques			**0**	UFC/100mL			200	
Coliformes totaux			**0**	UFC/100mL			10	
Escherichia Coli			**0**	UFC/100mL			0	

Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 5.0°C

Commentaires du certificat : C.C :
André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
François Meunier : Francois.Meunier@groupehelios.com
Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
Labo : labo.GMAO@groupehelios.com
Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : Elizabeth Gorth, B. Sc
Microbiologiste

MICROBIOLOGISTE Elizabeth Gorth 3063 2017-2018 QUÉBEC

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées = Hors critères
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

GROUPE EnvironeX
Emblème de qualité de vie
4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 418 977.1220
2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8 514 332.6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 819 481.1469
Sans frais : 1 877 977 1220 labEnvironeX.com

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **1860345**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2017-11-10
Projet client : Eau potable
Bon de commande : 058-BOI
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 1-877-977-1220
Adresse courriel : ChantalLetourneau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3313810
Identification client : NA
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : Abderrahim Hami
Date de prélèvement: 2017-11-06
Date de réception: 2017-11-07
Lieu du prélèvement : Caserne des pompiers
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Boisbriand municipalité
Réseau MENV / TRE : X0008483
Région Adm. : 15
Code lieu prél. : 1

Chlore résiduel libre : 0.88
Chlore résiduel total : 1.13
Chloramine : NA
Résultat pH : NA

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
RQEP- Contrôle bactériologique- extrémité								
Dénombrement des BHAA	Oui	MBIO05/ILME09			2017-11-07			LG
BHAA			**0**	UFC/mL				
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2017-11-07			LG
Bactéries atypiques			**0**	UFC/100mL			200	
Coliformes totaux			**0**	UFC/100mL			10	
Escherichia Coli			**0**	UFC/100mL			0	

Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 5.0°C

Commentaires du certificat : C.C :
André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
François Meunier : Francois.Meunier@groupehelios.com
Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
Labo : labo.GMAO@groupehelios.com
Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : Elizabeth Gorth, B. Sc
Microbiologiste

MICROBIOLOGISTE Elizabeth Gorth 3063 2017-2018 QUÉBEC

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées = Hors critères
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

GROUPE EnvironeX
Emblème de qualité de vie

4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 418 977.1220
2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8 514 332.6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 819 481.1469
Sans frais : 1 877 977 1220 labEnvironeX.com

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **1858760**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2017-11-09
Projet client : Eau potable
Bon de commande : 058-BOI
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 1-877-977-1220
Adresse courriel : ChantalLetourneau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3313798
Identification client : NA
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : Abderrahim Hami
Date de prélèvement: 2017-11-06
Date de réception: 2017-11-07
Lieu du prélèvement : Poste de pompage Curé-Boivin
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Boisbriand municipalité
Réseau MENV / TRE : X0008483
Région Adm. : 15
Code lieu prél. : 0

Chlore résiduel libre : 0.85
Chlore résiduel total : 1.04
Chloramine : NA
Résultat pH : NA

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2017-11-07			LG
Bactéries atypiques			**0**	UFC/100mL			200	
Coliformes totaux			**0**	UFC/100mL			10	
Escherichia Coli			**0**	UFC/100mL			0	

Commentaires de l'échantillon : Température à la réception : 5.0°C

Commentaires du certificat : C.C :
André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
François Meunier : Francois.Meunier@groupehelios.com
Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
Labo : labo.GMAO@groupehelios.com
Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : Elizabeth Gorth, B. Sc
Microbiologiste

MICROBIOLOGISTE Elizabeth Gorth 3063 2017-2018 QUÉBEC

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées = Hors critères
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

GROUPE EnvironeX
Emblème de qualité de vie
4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 418 977.1220
2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8 514 332.6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 819 481.1469
Sans frais : 1 877 977 1220 labEnvironeX.com

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **1858761**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2017-11-09
Projet client : Eau potable
Bon de commande : 058-BOI
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 1-877-977-1220
Adresse courriel : ChantalLetourneau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3313802
Identification client : NA
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : Abderrahim Hami
Date de prélèvement: 2017-11-06
Date de réception: 2017-11-07
Lieu du prélèvement : Poste pompage Côte-Sud
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Boisbriand municipalité
Réseau MENV / TRE : X0008483
Région Adm. : 15
Code lieu prél. : 0

Chlore résiduel libre : 1.39
Chlore résiduel total : 1.58
Chloramine : NA
Résultat pH : NA

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2017-11-07			LG
Bactéries atypiques			**0**	UFC/100mL			200	
Coliformes totaux			**0**	UFC/100mL			10	
Escherichia Coli			**0**	UFC/100mL			0	

Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 5.0°C

Commentaires du certificat : C.C :
André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
François Meunier : Francois.Meunier@groupehelios.com
Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
Labo : labo.GMAO@groupehelios.com
Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : Elizabeth Gorth, B. Sc
Microbiologiste

MICROBIOLOGISTE Elizabeth Gorth 3063 2017-2018 QUÉBEC

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées = Hors critères
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

GROUPE EnvironeX
Emblème de qualité de vie
4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 418 977.1220
2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8 514 332.6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 819 481.1469
Sans frais : 1 877 977 1220 labEnvironeX.com

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **1858762**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2017-11-09
Projet client : Eau potable
Bon de commande : 058-BOI
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 1-877-977-1220
Adresse courriel : ChantalLetourneau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3313806
Identification client : NA
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : Abderrahim Hami
Date de prélèvement: 2017-11-06
Date de réception: 2017-11-07
Lieu du prélèvement : Hôtel de ville
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Boisbriand municipalité
Réseau MENV / TRE : X0008483
Région Adm. : 15
Code lieu prél. : 0

Chlore résiduel libre : 0.90
Chlore résiduel total : 1.10
Chloramine : NA
Résultat pH : NA

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2017-11-07			LG
Bactéries atypiques			**0**	UFC/100mL			200	
Coliformes totaux			**0**	UFC/100mL			10	
Escherichia Coli			**0**	UFC/100mL			0	

Commentaires de l'échantillon : Température mesurée par le client : 5.0°C

Commentaires du certificat :
C.C :
André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
François Meunier : Francois.Meunier@groupehelios.com
Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
Labo : labo.GMAO@groupehelios.com
Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : Christyne Bédard-Masse, B. Sc.
Microbiologiste

Christyne Bédard-Masse 3247 2016-2017 QUÉBEC

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées = Hors critères
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

GROUPE EnvironeX
Emblème de qualité de vie
4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 418 977.1220
2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8 514 332.6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 819 481.1469
Sans frais : 1 877 977 1220 labEnvironeX.com

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **1860346**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2017-11-10
Projet client : Eau potable
Bon de commande : 058-BOI
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 1-877-977-1220
Adresse courriel : ChantalLetourneau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3313814
Identification client : NA
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : Abderrahim Hami
Date de prélèvement: 2017-11-06
Date de réception: 2017-11-07
Lieu du prélèvement : Parc René-Levesque
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Boisbriand municipalité
Réseau MENV / TRE : X0008483
Région Adm. : 15
Code lieu prél. : 1

Chlore résiduel libre : 0.10
Chlore résiduel total : 0.21
Chloramine : NA
Résultat pH : NA

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
RQEP- Contrôle bactériologique- extrémité								
Dénombrement des BHAA	Oui	MBIO05/ILME09			2017-11-07			LG
BHAA			**8**	UFC/mL				
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2017-11-07			LG
Bactéries atypiques			**0**	UFC/100mL			200	
Coliformes totaux			**0**	UFC/100mL			10	
Escherichia Coli			**0**	UFC/100mL			0	

Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 8.0°C

Commentaires du certificat : C.C :
André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
François Meunier : Francois.Meunier@groupehelios.com
Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
Labo : labo.GMAO@groupehelios.com
Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : Elizabeth Gorth, B. Sc
Microbiologiste

MICROBIOLOGISTE Elizabeth Gorth 3063 2017-2018 QUÉBEC

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées = Hors critères
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

GROUPE EnvironeX
Emblème de qualité de vie
4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 418 977.1220
2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8 514 332.6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 819 481.1469
Sans frais : 1 877 977 1220 labEnvironeX.com

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **1860348**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2017-11-10
Projet client : Eau potable
Bon de commande : 058-BOI
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 1-877-977-1220
Adresse courriel : ChantalLetourneau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3313822
Identification client : NA
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : Abderrakim Hami
Date de prélèvement: 2017-11-06
Date de réception: 2017-11-07
Lieu du prélèvement : Travaux Publics
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Boisbriand municipalité
Réseau MENV / TRE : X0008483
Région Adm. : 15
Code lieu prél. : 1

Chlore résiduel libre : 0.09
Chlore résiduel total : 0.18
Chloramine : NA
Résultat pH : NA

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
RQEP- Contrôle bactériologique- extrémité								
Dénombrement des BHAA	Oui	MBIO05/ILME09			2017-11-07			LG
BHAA			**0**	UFC/mL				
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2017-11-07			LG
Bactéries atypiques			**0**	UFC/100mL			200	
Coliformes totaux			**0**	UFC/100mL			10	
Escherichia Coli			**0**	UFC/100mL			0	

Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 5.0°C

Commentaires du certificat : C.C :
André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
François Meunier : Francois.Meunier@groupehelios.com
Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
Labo : labo.GMAO@groupehelios.com
Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : Elizabeth Gorth, B. Sc
Microbiologiste

MICROBIOLOGISTE Elizabeth Gorth 3063 2017-2018 QUÉBEC

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées = Hors critères
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

GROUPE EnvironeX
Emblème de qualité de vie
4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 418 977.1220
2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8 514 332.6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 819 481.1469
Sans frais : 1 877 977 1220 labEnvironeX.com

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **1865701**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2017-11-17
Projet client : Eau potable
Bon de commande : 058-BOI
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 1-877-977-1220
Adresse courriel : ChantalLetourneau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3313823
Identification client : NA
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : Samir Achour
Date de prélèvement: 2017-11-13
Date de réception: 2017-11-14
Lieu du prélèvement : Travaux Publics
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Boisbriand municipalité
Réseau MENV / TRE : X0008483
Région Adm. : 15
Code lieu prél. : 1

Chlore résiduel libre : 0.54
Chlore résiduel total : 0.73
Chloramine : NA
Résultat pH : NA

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
RQEP- Contrôle bactériologique- extrémité								
Dénombrement des BHAA	Oui	MBIO05/ILME09			2017-11-14			LG
BHAA			**0**	UFC/mL				
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2017-11-14			LG
Bactéries atypiques			**0**	UFC/100mL			200	
Coliformes totaux			**0**	UFC/100mL			10	
Escherichia Coli			**0**	UFC/100mL			0	

Commentaires de l'échantillon : Température à la réception : 3.0°C

Commentaires du certificat : C.C :
André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
François Meunier : Francois.Meunier@groupehelios.com
Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
Labo : labo.GMAO@groupehelios.com
Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : Dominic Bibeau, B. Sc. Mcb A.
Responsable technique

MICROBIOLOGISTE trnq Dominic Bibeau 822 2017-2018 QUÉBEC

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées = Hors critères
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

GROUPE EnvironeX
Emblème de qualité de vie
4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 418 977.1220
2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8 514 332.6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 819 481.1469
Sans frais : 1 877 977 1220 labEnvironeX.com

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **1865698**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2017-11-17
Projet client : Eau potable
Bon de commande : 058-BOI
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 1-877-977-1220
Adresse courriel : ChantalLetourneau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3313811
Identification client : NA
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : Samir Achour
Date de prélèvement: 2017-11-13
Date de réception: 2017-11-14
Lieu du prélèvement : Centre d'interprétation
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Boisbriand municipalité
Réseau MENV / TRE : X0008483
Région Adm. : 15
Code lieu prél. : 1

Chlore résiduel libre : 0.71
Chlore résiduel total : 0.82
Chloramine : NA
Résultat pH : NA

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
RQEP- Contrôle bactériologique- extrémité								
Dénombrement des BHAA	Oui	MBIO05/ILME09			2017-11-14			LG
BHAA			**0**	UFC/mL				
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2017-11-14			LG
Bactéries atypiques			**0**	UFC/100mL			200	
Coliformes totaux			**0**	UFC/100mL			10	
Escherichia Coli			**0**	UFC/100mL			0	

Commentaires de l'échantillon : Température à la réception : 3.0°C

Commentaires du certificat : C.C :
André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
François Meunier : Francois.Meunier@groupehelios.com
Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
Labo : labo.GMAO@groupehelios.com
Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : Dominic Bibeau, B. Sc. Mcb A.
Responsable technique

MICROBIOLOGISTE trna Dominic Bibeau 822 2017-2018 QUÉBEC

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées = Hors critères
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

GROUPE EnvironeX
Emblème de qualité de vie

4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 418 977.1220
2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8 514 332.6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 819 481.1469
Sans frais : 1 877 977 1220 labEnvironeX.com

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **1865700**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2017-11-17
Projet client : Eau potable
Bon de commande : 058-BOI
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 1-877-977-1220
Adresse courriel : ChantalLetourneau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3313819
Identification client : NA
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : Samir Achour
Date de prélèvement: 2017-11-13
Date de réception: 2017-11-14
Lieu du prélèvement : Caserne des pompiers
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Boisbriand municipalité
Réseau MENV / TRE : X0008483
Région Adm. : 15
Code lieu prél. : 1

Chlore résiduel libre : 0.99
Chlore résiduel total : 1.10
Chloramine : NA
Résultat pH : NA

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
RQEP- Contrôle bactériologique- extrémité								
Dénombrement des BHAA	Oui	MBIO05/ILME09			2017-11-14			LG
BHAA			**0**	UFC/mL				
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2017-11-14			LG
Bactéries atypiques			**0**	UFC/100mL			200	
Coliformes totaux			**0**	UFC/100mL			10	
Escherichia Coli			**0**	UFC/100mL			0	

Commentaires de l'échantillon : Température à la réception : 3.0°C

Commentaires du certificat : C.C :
André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
François Meunier : Francois.Meunier@groupehelios.com
Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
Labo : labo.GMAO@groupehelios.com
Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : Dominic Bibeau, B. Sc. Mcb A.
Responsable technique

MICROBIOLOGISTE trnq Dominic Bibeau 822 2017-2018 QUÉBEC

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées = Hors critères
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

GROUPE EnvironeX
Emblème de qualité de vie
4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 418 977.1220
2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8 514 332.6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 819 481.1469
Sans frais : 1 877 977 1220 labEnvironeX.com

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **1864260**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2017-11-15
Projet client : Eau potable
Bon de commande : 058-BOI
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 1-877-977-1220
Adresse courriel : ChantalLetourneau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3313799
Identification client :
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : Samir Achour
Date de prélèvement: 2017-11-13
Date de réception: 2017-11-14
Lieu du prélèvement : Poste de pompage Curé-Boivin
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Boisbriand municipalité
Réseau MENV / TRE : X0008483
Région Adm. : 15
Code lieu prél. : 0

Chlore résiduel libre : 1.31
Chlore résiduel total : 1.51
Chloramine : NA
Résultat pH : NA

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2017-11-14			LG
Bactéries atypiques			**0**	UFC/100mL			200	
Coliformes totaux			**0**	UFC/100mL			10	
Escherichia Coli			**0**	UFC/100mL			0	

Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 3.0°C

Commentaires du certificat : C.C :
André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
François Meunier : Francois.Meunier@groupehelios.com
Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
Labo : labo.GMAO@groupehelios.com
Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : Dominic Bibeau, B. Sc. Mcb A.
Responsable technique

MICROBIOLOGISTE trnq Dominic Bibeau 822 2017-2018 QUÉBEC

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées = Hors critères
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

GROUPE EnvironeX
Emblème de qualité de vie
4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 418 977.1220
2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8 514 332.6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 819 481.1469
Sans frais : 1 877 977 1220 labEnvironeX.com

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **1864261**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2017-11-15
Projet client : Eau potable
Bon de commande : 058-BOI
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 1-877-977-1220
Adresse courriel : ChantalLetourneau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3313803
Identification client : NA
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : Samir Achour
Date de prélèvement: 2017-11-13
Date de réception: 2017-11-14
Lieu du prélèvement : Poste pompage Côte-Sud
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Boisbriand municipalité
Réseau MENV / TRE : X0008483
Région Adm. : 15
Code lieu prél. : 0

Chlore résiduel libre : 1.39
Chlore résiduel total : 1.59
Chloramine : NA
Résultat pH : NA

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2017-11-14			LG
Bactéries atypiques			**0**	UFC/100mL			200	
Coliformes totaux			**0**	UFC/100mL			10	
Escherichia Coli			**0**	UFC/100mL			0	

Commentaires de l'échantillon : Température à la réception : 3.0°C

Commentaires du certificat :
C.C :
André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
François Meunier : Francois.Meunier@groupehelios.com
Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
Labo : labo.GMAO@groupehelios.com
Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par :
Dominic Bibeau, B. Sc. Mcb A.
Responsable technique

MICROBIOLOGISTE trnq Dominic Bibeau 822 2017-2018 QUÉBEC

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées = Hors critères
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

GROUPE EnvironeX
Emblème de qualité de vie
4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 418 977.1220
2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8 514 332.6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 819 481.1469
Sans frais : 1 877 977 1220 labEnvironeX.com

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **1864262**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2017-11-15
Projet client : Eau potable
Bon de commande : 058-BOI
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 1-877-977-1220
Adresse courriel : ChantalLetourneau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3313807
Identification client : NA
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : Samir Achour
Date de prélèvement: 2017-11-13
Date de réception: 2017-11-14
Lieu du prélèvement : Hôtel de Ville
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Boisbriand municipalité
Réseau MENV / TRE : X0008483
Région Adm. : 15
Code lieu prél. : 0

Chlore résiduel libre : 0.90
Chlore résiduel total : 1.04
Chloramine : NA
Résultat pH : NA

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2017-11-14			LG
Bactéries atypiques			**0**	UFC/100mL			200	
Coliformes totaux			**0**	UFC/100mL			10	
Escherichia Coli			**0**	UFC/100mL			0	

Commentaires de l'échantillon : Température à la réception : 3.0°C

Commentaires du certificat :
C.C :
André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
François Meunier : Francois.Meunier@groupehelios.com
Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
Labo : labo.GMAO@groupehelios.com
Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par :
Dominic Bibeau, B. Sc. Mcb A.
Responsable technique

MICROBIOLOGISTE Dominic Bibeau 822 2017-2018 QUÉBEC

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées = Hors critères
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

GROUPE EnvironeX
Emblème de qualité de vie

4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 418 977.1220
2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8 514 332.6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 819 481.1469
Sans frais : 1 877 977 1220 labEnvironeX.com

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **1865699**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2017-11-17
Projet client : Eau potable
Bon de commande : 058-BOI
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 1-877-977-1220
Adresse courriel : ChantalLetourneau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3313815
Identification client : NA
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : Samir Achour
Date de prélèvement: 2017-11-13
Date de réception: 2017-11-14
Lieu du prélèvement : Parc René-Levesque
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Boisbriand municipalité
Réseau MENV / TRE : X0008483
Région Adm. : 15
Code lieu prél. : 1

Chlore résiduel libre : 0.01
Chlore résiduel total : 0.10
Chloramine : NA
Résultat pH : NA

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
RQEP- Contrôle bactériologique- extrémité								
Dénombrement des BHAA	Oui	MBIO05/ILME09			2017-11-14			LG
BHAA			**0**	UFC/mL				
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2017-11-14			LG
Bactéries atypiques			**0**	UFC/100mL			200	
Coliformes totaux			**0**	UFC/100mL			10	
Escherichia Coli			**0**	UFC/100mL			0	

Commentaires de l'échantillon : Température à la réception : 3.0°C

Commentaires du certificat : C.C :
André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
François Meunier : Francois.Meunier@groupehelios.com
Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
Labo : labo.GMAO@groupehelios.com
Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : Dominic Bibeau, B. Sc. Mcb A.
Responsable technique

MICROBIOLOGISTE trna Dominic Bibeau 822 2017-2018 QUÉBEC

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées = Hors critères
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

GROUPE EnvironeX
Emblème de qualité de vie

4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 418 977.1220
2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8 514 332.6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 819 481.1469
Sans frais : 1 877 977 1220 labEnvironeX.com

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **1871033**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2017-11-24
Projet client : Eau potable
Bon de commande : 058-BOI
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 1-877-977-1220
Adresse courriel : ChantalLetourneau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3258035
Identification client : NA
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : Gang Yang
Date de prélèvement: 2017-11-20
Date de réception: 2017-11-21
Lieu du prélèvement : Caserne des pompiers
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Boisbriand municipalité
Réseau MENV / TRE : X0008483
Région Adm. : 15
Code lieu prél. : 1

Chlore résiduel libre : 1.03
Chlore résiduel total : 1.25
Chloramine : NA
Résultat pH : NA

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
RQEP- Contrôle bactériologique- extrémité								
Dénombrement des BHAA	Oui	MBIO05/ILME09			2017-11-21			LG
BHAA			**0**	UFC/mL				
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2017-11-21			LG
Bactéries atypiques			**0**	UFC/100mL			200	
Coliformes totaux			**0**	UFC/100mL			10	
Escherichia Coli			**0**	UFC/100mL			0	

Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 7.0°C

Commentaires du certificat : C.C :
André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
François Meunier : Francois.Meunier@groupehelios.com
Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
Labo : labo.GMAO@groupehelios.com
Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : Dominic Bibeau, B. Sc. Mcb A.
Responsable technique

MICROBIOLOGISTE trnq Dominic Bibeau 822 2017-2018 QUÉBEC

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées = Hors critères
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

GROUPE EnvironeX
Emblème de qualité de vie
4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 418 977.1220
2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8 514 332.6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 819 481.1469
Sans frais : 1 877 977 1220 labEnvironeX.com

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **1871031**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2017-11-24
Projet client : Eau potable
Bon de commande : 058-BOI
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 1-877-977-1220
Adresse courriel : ChantalLetourneau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3082836
Identification client : NA
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : Gang Yang
Date de prélèvement: 2017-11-20
Date de réception: 2017-11-21
Lieu du prélèvement : Centre Socio-Culturel
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Boisbriand municipalité
Réseau MENV / TRE : X0008483
Région Adm. : 15
Code lieu prél. : 1

Chlore résiduel libre : 0.44
Chlore résiduel total : 0.58
Chloramine : NA
Résultat pH : NA

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
Dénombrement des BHAA	Oui	MBIO05/ILME09			2017-11-21			LG
BHAA			**0**	UFC/mL				
Coliformes totaux et E.coli- Prés/Abs	Oui	MBIO10/ILME47			2017-11-21			LG
Coliformes totaux			**Absence**	/100mL			Absence	
Escherichia Coli			**Absence**	/100mL			Absence	

Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 7.0°C

Commentaires du certificat : C.C :
André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
François Meunier : Francois.Meunier@groupehelios.com
Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
Labo : labo.GMAO@groupehelios.com
Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : Dominic Bibeau, B. Sc. Mcb A.
Responsable technique

MICROBIOLOGISTE trnq Dominic Bibeau 822 2017-2018 QUÉBEC

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées = Hors critères
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

GROUPE EnvironeX
Emblème de qualité de vie
4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 418 977.1220
2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8 514 332.6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 819 481.1469
Sans frais : 1 877 977 1220 labEnvironeX.com

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **1869740**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2017-11-23
Projet client : Eau potable
Bon de commande : 058-BOI
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 1-877-977-1220
Adresse courriel : ChantalLetourneau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3258015
Identification client : NA
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : Gang Yang
Date de prélèvement: 2017-11-20
Date de réception: 2017-11-21
Lieu du prélèvement : Poste de pompage Curé-Boivin
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Boisbriand municipalité
Réseau MENV / TRE : X0008483
Région Adm. : 15
Code lieu prél. : 0

Chlore résiduel libre : 1.45
Chlore résiduel total : 1.70
Chloramine : NA
Résultat pH : NA

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2017-11-21			LG
Bactéries atypiques			**0**	UFC/100mL			200	
Coliformes totaux			**0**	UFC/100mL			10	
Escherichia Coli			**0**	UFC/100mL			0	

Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 7.0°C

Commentaires du certificat : C.C :
André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
François Meunier : Francois.Meunier@groupehelios.com
Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
Labo : labo.GMAO@groupehelios.com
Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : Dominic Bibeau, B. Sc. Mcb A.
Responsable technique

Dominic Bibeau 822 2017-2018 QUÉBEC

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées = Hors critères
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

GROUPE EnvironeX
Emblème de qualité de vie
4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 418 977.1220
2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8 514 332.6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 819 481.1469
Sans frais : 1 877 977 1220 labEnvironeX.com

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **1869741**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2017-11-23
Projet client : Eau potable
Bon de commande : 058-BOI
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 1-877-977-1220
Adresse courriel : ChantalLetourneau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3258020
Identification client : NA
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : Gang Yang
Date de prélèvement: 2017-11-20
Date de réception: 2017-11-21
Lieu du prélèvement : Poste pompage Côte-Sud
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Boisbriand municipalité
Réseau MENV / TRE : X0008483
Région Adm. : 15
Code lieu prél. : 0

Chlore résiduel libre : 1.56
Chlore résiduel total : 1.83
Chloramine : NA
Résultat pH : NA

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2017-11-21			LG
Bactéries atypiques			**0**	UFC/100mL			200	
Coliformes totaux			**0**	UFC/100mL			10	
Escherichia Coli			**0**	UFC/100mL			0	

Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 7.0°C

Commentaires du certificat : C.C :
André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
François Meunier : Francois.Meunier@groupehelios.com
Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
Labo : labo.GMAO@groupehelios.com
Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : Dominic Bibeau, B. Sc. Mcb A.
Responsable technique

MICROBIOLOGISTE trna Dominic Bibeau 822 2017-2018 QUÉBEC

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées = Hors critères
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

GROUPE EnvironeX
Emblème de qualité de vie
4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 418 977.1220
2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8 514 332.6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 819 481.1469
Sans frais : 1 877 977 1220 labEnvironeX.com

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **1871034**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2017-11-24
Projet client : Eau potable
Bon de commande : 058-BOI
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 1-877-977-1220
Adresse courriel : ChantalLetourneau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3258040
Identification client : NA
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : Gang Yang
Date de prélèvement: 2017-11-20
Date de réception: 2017-11-21
Lieu du prélèvement : Parc René-Levesque
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Boisbriand municipalité
Réseau MENV / TRE : X0008483
Région Adm. : 15
Code lieu prél. : 1

Chlore résiduel libre : 0.02
Chlore résiduel total : 0.13
Chloramine : NA
Résultat pH : NA

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
RQEP- Contrôle bactériologique- extrémité								
Dénombrement des BHAA	Oui	MBIO05/ILME09			2017-11-21			LG
BHAA			**0**	UFC/mL				
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2017-11-21			LG
Bactéries atypiques			**0**	UFC/100mL			200	
Coliformes totaux			**0**	UFC/100mL			10	
Escherichia Coli			**0**	UFC/100mL			0	

Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 7.0°C

Commentaires du certificat : C.C :
André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
François Meunier : Francois.Meunier@groupehelios.com
Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
Labo : labo.GMAO@groupehelios.com
Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : Dominic Bibeau, B. Sc. Mcb A.
Responsable technique

MICROBIOLOGISTE trnq Dominic Bibeau 822 2017-2018 QUÉBEC

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées = Hors critères
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

GROUPE EnvironeX
Emblème de qualité de vie

4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 418 977.1220
2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8 514 332.6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 819 481.1469
Sans frais : 1 877 977 1220 labEnvironeX.com

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **1871032**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2017-11-24
Projet client : Eau potable
Bon de commande : 058-BOI
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 1-877-977-1220
Adresse courriel : ChantalLetourneau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3258030
Identification client : NA
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : Gang Yang
Date de prélèvement: 2017-11-20
Date de réception: 2017-11-21
Lieu du prélèvement : Travaux Publics
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Boisbriand municipalité
Réseau MENV / TRE : X0008483
Région Adm. : 15
Code lieu prél. : 1

Chlore résiduel libre : 0.15
Chlore résiduel total : 0.31
Chloramine : NA
Résultat pH : NA

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
RQEP- Contrôle bactériologique- extrémité								
Dénombrement des BHAA	Oui	MBIO05/ILME09			2017-11-21			LG
BHAA			**0**	UFC/mL				
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2017-11-21			LG
Bactéries atypiques			**0**	UFC/100mL			200	
Coliformes totaux			**0**	UFC/100mL			10	
Escherichia Coli			**0**	UFC/100mL			0	

Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 7.0°C

Commentaires du certificat : C.C :
André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
François Meunier : Francois.Meunier@groupehelios.com
Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
Labo : labo.GMAO@groupehelios.com
Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : Dominic Bibeau, B. Sc. Mcb A.
Responsable technique

MICROBIOLOGISTE trnq Dominic Bibeau 822 2017-2018 QUÉBEC

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées = Hors critères
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

GROUPE EnvironeX
Emblème de qualité de vie
4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 418 977.1220
2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8 514 332.6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 819 481.1469
Sans frais : 1 877 977 1220 labEnvironeX.com

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **1874973**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2017-11-30
Projet client : Eau potable
Bon de commande : 058-BOI
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 1-877-977-1220
Adresse courriel : ChantalLetourneau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3354740
Identification client : NA
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : Abderrahim Hami
Date de prélèvement: 2017-11-27
Date de réception: 2017-11-28
Lieu du prélèvement : Centre d'interprétation
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Boisbriand municipalité
Réseau MENV / TRE : X0008483
Région Adm. : 15
Code lieu prél. : 1

Chlore résiduel libre : 0.79
Chlore résiduel total : 0.92
Chloramine : NA
Résultat pH : NA

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
RQEP- Contrôle bactériologique- extrémité								
Dénombrement des BHAA	Oui	MBIO05/ILME09			2017-11-28			LG
BHAA			**0**	UFC/mL				
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2017-11-28			LG
Bactéries atypiques			**0**	UFC/100mL			200	
Coliformes totaux			**0**	UFC/100mL			10	
Escherichia Coli			**0**	UFC/100mL			0	

Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 6.0°C

Commentaires du certificat : C.C :
André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
François Meunier : Francois.Meunier@groupehelios.com
Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
Labo : labo.GMAO@groupehelios.com
Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : Dominic Bibeau, B. Sc. Mcb A.
Responsable technique

MICROBIOLOGISTE trnq Dominic Bibeau 822 2017-2018 QUÉBEC

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées = Hors critères
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

GROUPE EnvironeX
Emblème de qualité de vie

4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 418 977.1220
2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8 514 332.6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 819 481.1469
Sans frais : 1 877 977 1220 labEnvironeX.com

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **1874971**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2017-11-30
Projet client : Eau potable
Bon de commande : 058-BOI
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 1-877-977-1220
Adresse courriel : ChantalLetourneau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3354732
Identification client : NA
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : A. Hami
Date de prélèvement: 2017-11-27
Date de réception: 2017-11-28
Lieu du prélèvement : Caserne des pompiers
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Boisbriand municipalité
Réseau MENV / TRE : X0008483
Région Adm. : 15
Code lieu prél. : 1

Chlore résiduel libre : 1.10
Chlore résiduel total : 1.20
Chloramine : NA
Résultat pH : NA

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
RQEP- Contrôle bactériologique- extrémité								
Dénombrement des BHAA	Oui	MBIO05/ILME09			2017-11-28			LG
BHAA			**0**	UFC/mL				
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2017-11-28			LG
Bactéries atypiques			**0**	UFC/100mL			200	
Coliformes totaux			**0**	UFC/100mL			10	
Escherichia Coli			**0**	UFC/100mL			0	

Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 7.0°C

Commentaires du certificat : C.C :
André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
François Meunier : Francois.Meunier@groupehelios.com
Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
Labo : labo.GMAO@groupehelios.com
Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par :
Dominic Bibeau, B. Sc. Mcb A.
Responsable technique

MICROBIOLOGISTE trnq Dominic Bibeau 822 2017-2018 QUÉBEC

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées = Hors critères
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

GROUPE EnvironeX
Emblème de qualité de vie
4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 418 977.1220
2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8 514 332.6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 819 481.1469
Sans frais : 1 877 977 1220 labEnvironeX.com

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **1874157**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2017-11-29
Projet client : Eau potable
Bon de commande : 058-BOI
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 1-877-977-1220
Adresse courriel : ChantalLetourneau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3354716
Identification client : NA
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : Aberrahim Hami
Date de prélèvement: 2017-11-27
Date de réception: 2017-11-28
Lieu du prélèvement : Poste de pompage Curé-Boivin
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Boisbriand municipalité
Réseau MENV / TRE : X0008483
Région Adm. : 15
Code lieu prél. : 0

Chlore résiduel libre : 0.94
Chlore résiduel total : 1.10
Chloramine : NA
Résultat pH : NA

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2017-11-28			LG
Bactéries atypiques			**0**	UFC/100mL			200	
Coliformes totaux			**0**	UFC/100mL			10	
Escherichia Coli			**0**	UFC/100mL			0	

Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 7.0°C

Commentaires du certificat : C.C :
André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
François Meunier : Francois.Meunier@groupehelios.com
Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
Labo : labo.GMAO@groupehelios.com
Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : Annie-Pier Breton
Annie-Pier Breton, B. Sc.
Microbiologiste

MICROBIOLOGISTE Annie-Pier Breton 3190 2016-2017 QUÉBEC

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées = Hors critères
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

GROUPE EnvironeX
Emblème de qualité de vie
4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 418 977.1220
2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8 514 332.6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 819 481.1469
Sans frais : 1 877 977 1220 labEnvironeX.com

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **1874158**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2017-11-29
Projet client : Eau potable
Bon de commande : 058-BOI
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 1-877-977-1220
Adresse courriel : ChantalLetourneau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3354720
Identification client : NA
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : A. Hami
Date de prélèvement: 2017-11-27
Date de réception: 2017-11-28
Lieu du prélèvement : Poste pompage Côte-Sud
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Boisbriand municipalité
Réseau MENV / TRE : X0008483
Région Adm. : 15
Code lieu prél. : 0

Chlore résiduel libre : 1.38
Chlore résiduel total : 1.52
Chloramine : NA
Résultat pH : NA

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2017-11-28			LG
Bactéries atypiques			**0**	UFC/100mL			200	
Coliformes totaux			**0**	UFC/100mL			10	
Escherichia Coli			**0**	UFC/100mL			0	

Commentaires de l'échantillon : Température à la réception : 8.0°C

Commentaires du certificat : C.C :
André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
François Meunier : Francois.Meunier@groupehelios.com
Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
Labo : labo.GMAO@groupehelios.com
Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : Dominic Bibeau, B. Sc. Mcb A.
Responsable technique

Dominic Bibeau 822 2017-2018 QUÉBEC

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées = Hors critères
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

GROUPE EnvironeX
Emblème de qualité de vie
4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 418 977.1220
2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8 514 332.6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 819 481.1469
Sans frais : 1 877 977 1220 labEnvironeX.com

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **1874159**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2017-11-29
Projet client : Eau potable
Bon de commande : 058-BOI
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 1-877-977-1220
Adresse courriel : ChantalLetourneau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3354724
Identification client : NA
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : A. Hami
Date de prélèvement: 2017-11-27
Date de réception: 2017-11-28
Lieu du prélèvement : Hotel de ville
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Boisbriand municipalité
Réseau MENV / TRE : X0008483
Région Adm. : 15
Code lieu prél. : 0

Chlore résiduel libre : 0.90
Chlore résiduel total : 1.11
Chloramine : NA
Résultat pH : NA

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2017-11-28			LG
Bactéries atypiques			**0**	UFC/100mL			200	
Coliformes totaux			**0**	UFC/100mL			10	
Escherichia Coli			**0**	UFC/100mL			0	

Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 7.0°C

Commentaires du certificat : C.C :
André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
François Meunier : Francois.Meunier@groupehelios.com
Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
Labo : labo.GMAO@groupehelios.com
Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : Dominic Bibeau, B. Sc. Mcb A.
Responsable technique

MICROBIOLOGISTE trnq Dominic Bibeau 822 2017-2018 QUÉBEC

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées = Hors critères
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

GROUPE EnvironeX
Emblème de qualité de vie

4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 418 977.1220
2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8 514 332.6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 819 481.1469
Sans frais : 1 877 977 1220 labEnvironeX.com

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **1874970**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2017-11-30
Projet client : Eau potable
Bon de commande : 058-BOI
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 1-877-977-1220
Adresse courriel : ChantalLetourneau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3354728
Identification client : NA
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : Abderrahim Hami
Date de prélèvement: 2017-11-27
Date de réception: 2017-11-28
Lieu du prélèvement : Parc René-Levesque
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Boisbriand municipalité
Réseau MENV / TRE : X0008483
Région Adm. : 15
Code lieu prél. : 1

Chlore résiduel libre : 0.04
Chlore résiduel total : 0.20
Chloramine : NA
Résultat pH : NA

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
RQEP- Contrôle bactériologique- extrémité								
Dénombrement des BHAA	Oui	MBIO05/ILME09			2017-11-28			LG
BHAA			**0**	UFC/mL				
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2017-11-28			LG
Bactéries atypiques			**0**	UFC/100mL			200	
Coliformes totaux			**0**	UFC/100mL			10	
Escherichia Coli			**0**	UFC/100mL			0	

Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 7.0°C

Commentaires du certificat : C.C :
André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
François Meunier : Francois.Meunier@groupehelios.com
Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
Labo : labo.GMAO@groupehelios.com
Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par :
Dominic Bibeau, B. Sc. Mcb A.
Responsable technique

MICROBIOLOGISTE trnq Dominic Bibeau 822 2017-2018 QUÉBEC

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées = Hors critères
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

GROUPE EnvironeX
Emblème de qualité de vie
4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 418 977.1220
2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8 514 332.6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 819 481.1469
Sans frais : 1 877 977 1220 labEnvironeX.com

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **1874972**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2017-11-30
Projet client : Eau potable
Bon de commande : 058-BOI
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 1-877-977-1220
Adresse courriel : ChantalLetourneau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3354736
Identification client : NA
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : Abderrahim Hami
Date de prélèvement: 2017-11-27
Date de réception: 2017-11-28
Lieu du prélèvement : Travaux Publics
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Boisbriand municipalité
Réseau MENV / TRE : X0008483
Région Adm. : 15
Code lieu prél. : 1

Chlore résiduel libre : 0.29
Chlore résiduel total : 0.47
Chloramine : NA
Résultat pH : NA

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
RQEP- Contrôle bactériologique- extrémité								
Dénombrement des BHAA	Oui	MBIO05/ILME09			2017-11-28			LG
BHAA			**0**	UFC/mL				
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2017-11-28			LG
Bactéries atypiques			**0**	UFC/100mL			200	
Coliformes totaux			**0**	UFC/100mL			10	
Escherichia Coli			**0**	UFC/100mL			0	

Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 6.0°C

Commentaires du certificat : C.C :
André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
François Meunier : Francois.Meunier@groupehelios.com
Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
Labo : labo.GMAO@groupehelios.com
Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par : Dominic Bibeau, B. Sc. Mcb A.
Responsable technique

MICROBIOLOGISTE trnq Dominic Bibeau 822 2017-2018 QUÉBEC

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées = Hors critères
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

GROUPE EnvironeX
Emblème de qualité de vie

4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 418 977.1220
2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8 514 332.6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 819 481.1469
Sans frais : 1 877 977 1220 labEnvironeX.com

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **1876441**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2017-12-01
Projet client : Eau potable
Bon de commande : 058-BOI
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 1-877-977-1220
Adresse courriel : ChantalLetourneau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3401718
Identification client : NA
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : Aberrahim Hami
Date de prélèvement: 2017-11-29
Date de réception: 2017-11-30
Lieu du prélèvement : Caserne des pompiers
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Boisbriand municipalité
Réseau MENV / TRE : X0008483
Région Adm. : 15
Code lieu prél. : 1

Chlore résiduel libre : 0.84
Chlore résiduel total : 1.01
Chloramine : NA
Résultat pH : NA

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
Trihalométhanes	Oui	CHM40/ILCE22			2017-11-30			LG
Chloroforme			**42.1**	µg/L				
Bromodichlorométhane			**5.8**	µg/L				
Dibromochlorométhane			**1.0**	µg/L				
Bromoforme			**<0.2**	µg/L				
Somme des trihalométhanes			**48.9**	µg/L			80	
Récupération (%)			**<>**	------				
D4-1,2-Dichloroéthane (%)			**114**	%				
D8-Toluène (%)			**90**	%				
4-Bromofluorobenzène (%)			**79**	%				

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées = Hors critères
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

Québec Longueuil Saguenay Sherbrooke
ENVIRONNEMENT SANTÉ ET PHARMACEUTIQUE AGROALIMENTAIRE

GROUPE EnvironeX
Emblème de qualité de vie
4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 418 977.1220
2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8 514 332.6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 819 481.1469
Sans frais : 1 877 977 1220 labEnvironeX.com

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat :	**1876441**
Demande d'analyse :	NA
Date du rapport:	2017-12-01
Projet client :	Eau potable
Bon de commande :	058-BOI
Chargé de projets :	Chantal Létourneau : 1-877-977-1220
Adresse courriel :	ChantalLetourneau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3401718 Nom du réseau : Boisbriand municipalité

Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 18.0°C

Commentaires du certificat : C.C :
André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
François Meunier : Francois.Meunier@groupehelios.com
Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
Labo : labo.GMAO@groupehelios.com
Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par :
France Luneau
Chimiste

CHIMISTE
France Luneau
1993-133
QUÉBEC

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées = Hors critères
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

GROUPE EnvironeX
Emblème de qualité de vie
4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 418 977.1220
2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8 514 332.6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 819 481.1469
Sans frais : 1 877 977 1220 labEnvironeX.com

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **1876440**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2017-12-01
Projet client : Eau potable
Bon de commande : 058-BOI
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 1-877-977-1220
Adresse courriel : ChantalLetourneau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3401717
Identification client : NA
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : Abderrahim Hami
Date de prélèvement: 2017-11-29
Date de réception: 2017-11-30
Lieu du prélèvement : Centre Socio-Culturel
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Boisbriand municipalité
Réseau MENV / TRE : X0008483
Région Adm. : 15
Code lieu prél. : 1

Chlore résiduel libre : 0.76
Chlore résiduel total : 0.93
Chloramine : NA
Résultat pH : NA

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
Trihalométhanes	Oui	CHM40/ILCE22			2017-11-30			LG
Chloroforme			**44.8**	µg/L				
Bromodichlorométhane			**5.9**	µg/L				
Dibromochlorométhane			**0.8**	µg/L				
Bromoforme			**<0.2**	µg/L				
Somme des trihalométhanes			**51.5**	µg/L			80	
Récupération (%)			**<>**	------				
D4-1,2-Dichloroéthane (%)			**100**	%				
D8-Toluène (%)			**77**	%				
4-Bromofluorobenzène (%)			**70**	%				

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées = Hors critères
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

GROUPE EnvironeX
Emblème de qualité de vie
4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 418 977.1220
2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8 514 332.6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 819 481.1469
Sans frais : 1 877 977 1220 labEnvironeX.com

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat :	**1876440**
Demande d'analyse :	NA
Date du rapport:	2017-12-01
Projet client :	Eau potable
Bon de commande :	058-BOI
Chargé de projets :	Chantal Létourneau : 1-877-977-1220
Adresse courriel :	ChantalLetourneau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3401717 Nom du réseau : Boisbriand municipalité

Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 7.0°C

Commentaires du certificat :

C.C :
André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
François Meunier : Francois.Meunier@groupehelios.com
Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
Labo : labo.GMAO@groupehelios.com
Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par :
France Luneau
Chimiste

CHIMISTE
France Luneau
1993-133
QUÉBEC

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées = Hors critères
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

GROUPE EnvironeX
Emblème de qualité de vie
4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 418 977.1220
2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8 514 332.6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 819 481.1469
Sans frais : 1 877 977 1220 labEnvironeX.com

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **1876442**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2017-12-01
Projet client : Eau potable
Bon de commande : 058-BOI
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 1-877-977-1220
Adresse courriel : ChantalLetourneau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3401719
Identification client : NA
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : Abderrahim Hami
Date de prélèvement: 2017-11-29
Date de réception: 2017-11-30
Lieu du prélèvement : Parc René-Levesque
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Boisbriand municipalité
Réseau MENV / TRE : X0008483
Région Adm. : 15
Code lieu prél. : 1

Chlore résiduel libre : 0.35
Chlore résiduel total : 0.59
Chloramine : NA
Résultat pH : NA

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
Trihalométhanes	Oui	CHM40/ILCE22			2017-11-30			LG
Chloroforme			**67.1**	µg/L				
Bromodichlorométhane			**9.6**	µg/L				
Dibromochlorométhane			**1.6**	µg/L				
Bromoforme			**<0.2**	µg/L				
Somme des trihalométhanes			**78.3**	µg/L			80	
Récupération (%)			**<>**	------				
D4-1,2-Dichloroéthane (%)			**116**	%				
D8-Toluène (%)			**91**	%				
4-Bromofluorobenzène (%)			**78**	%				

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées = Hors critères
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

GROUPE EnvironeX
Emblème de qualité de vie
4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 418 977.1220
2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8 514 332.6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 819 481.1469
Sans frais : 1 877 977 1220 labEnvironeX.com

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat :	**1876442**
Demande d'analyse :	NA
Date du rapport:	2017-12-01
Projet client :	Eau potable
Bon de commande :	058-BOI
Chargé de projets :	Chantal Létourneau : 1-877-977-1220
Adresse courriel :	ChantalLetourneau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3401719 Nom du réseau : Boisbriand municipalité

Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 21.0°C

Commentaires du certificat : C.C :
André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
François Meunier : Francois.Meunier@groupehelios.com
Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
Labo : labo.GMAO@groupehelios.com
Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par :
France Luneau
Chimiste

CHIMISTE
France Luneau
1993-133
QUÉBEC

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées = Hors critères
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

GROUPE EnvironeX
Emblème de qualité de vie

4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 418 977.1220
2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8 514 332.6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 819 481.1469
Sans frais : 1 877 977 1220 labEnvironeX.com

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat : **1876439**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2017-12-01
Projet client : Eau potable
Bon de commande : 058-BOI
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 1-877-977-1220
Adresse courriel : ChantalLetourneau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3401716
Identification client : NA
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : Abderrahim Hami
Date de prélèvement: 2017-11-29
Date de réception: 2017-11-30
Lieu du prélèvement : Travaux Publics
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Boisbriand municipalité
Réseau MENV / TRE : X0008483
Région Adm. : 15
Code lieu prél. : 1

Chlore résiduel libre : 0.44
Chlore résiduel total : 0.63
Chloramine : NA
Résultat pH : NA

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
Trihalométhanes	Oui	CHM40/ILCE22			2017-11-30			LG
Chloroforme			**56.8**	µg/L				
Bromodichlorométhane			**8.0**	µg/L				
Dibromochlorométhane			**1.3**	µg/L				
Bromoforme			**<0.2**	µg/L				
Somme des trihalométhanes			**66.1**	µg/L			80	
Récupération (%)			**<>**	------				
D4-1,2-Dichloroéthane (%)			**113**	%				
D8-Toluène (%)			**89**	%				
4-Bromofluorobenzène (%)			**75**	%				

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées = Hors critères
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

GROUPE EnvironeX
Emblème de qualité de vie
4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 418 977.1220
2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8 514 332.6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 819 481.1469
Sans frais : 1 877 977 1220 labEnvironeX.com

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Boisbriand (1L0226)
Éric Faubert
940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand, Québec
J7G 2N5
Tél.: (450) 433-9478

Certificat :	**1876439**
Demande d'analyse :	NA
Date du rapport:	2017-12-01
Projet client :	Eau potable
Bon de commande :	058-BOI
Chargé de projets :	Chantal Létourneau : 1-877-977-1220
Adresse courriel :	ChantalLetourneau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3401716 Nom du réseau : Boisbriand municipalité

Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 7.0°C

Commentaires du certificat :

C.C :
André Lapointe : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca
François Meunier : Francois.Meunier@groupehelios.com
Kim Gendron : kgendron@ville.boisbriand.qc.ca
Labo : labo.GMAO@groupehelios.com
Mélissa Boivin : mboivin@ville.boisbriand.qc.ca

Approuvé par :
France Luneau
Chimiste

CHIMISTE
France Luneau
1993-133
QUÉBEC

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées = Hors critères
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL